

秦皇岛耀华计量检测有限公司

QinHuangDao YaoHua Metrology Co.,LTD



检定证书

证书编号: 2019-长-0633号

送 检 单 位 极景门窗有限公司

计 量 器 具 名 称 钢直尺

型 号 / 规 格 1m

出 厂 编 号 03

制 造 单 位 /

检 定 依 据 JJG1-2015《钢直尺》

检 定 结 论 合格



批 准 人 侯文彬

核 验 员 侯文彬

检 定 员 张宏伟

检定日期 2019 年 01 月 05 日

有效期至 2020 年 01 月 04 日

计量检定机构授权证书号: (冀秦)法计(2013)YH0512号

地址: 北部工业区北二环与大旺庄路口华耀路6号 邮编: 066013

电话: 0335-3589802 传真: 0335-3589805

Email: yhjlc@126.com



秦皇岛耀华计量检测有限公司

证书编号：2019-长-0633号

、检定环境条件： 温度： 22.0 ℃； 湿度： 42 % RH

、检定地点： 本公司实验室

、检定使用的计量标准：

名 称	测 量 范 围	不 确 定 度 或 准 确 度 等 级	证 书 编 号
金属线纹尺标准装置	(0-1000) mm	三等	[2017]冀秦开量 标企证字第0020 号

检 定 结 果

1. 示值误差：+0.1mm

以 下 空 白



注：1、我公司仅对加盖“秦皇岛耀华计量检测有限公司检定专用章”完整证书负责；

2、本证书的检定结果仅对检定计量器具有效；

3、请妥善保管此证书。

未经授权，不得部分复印本证书

共 2 页 第 2 页



聊城市计量测试所

LiaoCheng Institute of Metrology

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 19000006127 号

Certificate No.

客户名称: 极景门窗有限公司

Customer

地址: 阳谷县

Address

器具名称: 数字温度计

Name of instrument

型号规格: JM222u

Model/Type

器具编号: AC1609500

No. of Instrument

制造单位: 天津今明仪器有限公司

Manufacture



批准人: 刘晶

Approved by

核验员: 李玲

Checked by

校准员: 吴翠

Calibrated by

校准日期 2019 年 01 月 08 日

Date of Calibration

Year

Month

Day



计量检定机构授权证书号: (鲁)法计(2018)37013号

地址: 山东省聊城市经济开发区黄河路101号

邮编: 252000

电话: 0635-8519906

传真: 0635-8519919

网址: www.lcjls.cn



19000006127

第 1 页

共 3 页

证书编号: 19000006127

Certificate No.

1. 本证书所出具的数据可溯源到国家计量基准

All data issued by this Certificate are traceable to national standards of Measurement

2. 校准所依据的技术文件:

Based on the type of documents

JJF1379-2012 热敏电阻测温仪校准规范

3. 校准所使用的主要计量标准器具:

Standards of Measurement used in the calibration

名称及编号 Name and No.	测量范围 Measuring range	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/accuracy/ Maximum Permissible Error	检定/校准单位 及证书号 Verification or calibration Organization/Certificate No.	有效期至 Valid until
标准水银温度计 1-179, 2-1114, 3 -371, 4-89, 5-1 46, 6-194, 7-37	(-30 ~ 300) °C	标准	山东省计量科学研究院 T04-20170077	2019-06-22

4. 校准地点: 本所三楼热电实验室

Location for calibration

5. 环境条件:

Environmental condition

温度: 22.1 °C

Temperature

大气压: /

Atmospheric Pressure

相对湿度:

Relative humidity

41 %

注: 本证书封面未加盖校准专用章无效

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page.



19000006127

校 准 结 果

Results of Calibration

校准项目	校准结果		
外观检查:	符合要求		
校准点 /°C	-30	0	30
示值误差 /°C	0.3	0.2	0.2
示值误差的扩展不确定度 ($k = 2$)	$U = 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$	$U = 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$	$U = 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$
校准点 /°C	60	100	/
示值误差 /°C	0.3	0.5	/
示值误差的扩展不确定度 ($k = 2$)	$U = 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	$U = 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	$U = /\text{ }^{\circ}\text{C}$
绝缘电阻:	符合要求		

以下空白
Blank



聊城市计量测试所

LiaoCheng Institute of Metrology

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 19000006128 号

Certificate No.

客户名称: 极景门窗有限公司

Customer

地址: 阳谷县

Address

器具名称: 数显温湿度表

Name of instrument

型号规格: HTC-1

Model/Type

器具编号: /

No. of Instrument

制造单位: /

Manufacture



批准人:

刘晶

Approved by

核验员:

于玲

Checked by

校准员:

任在普

Calibrated by

校准日期 2019 年 01 月 03 日

Date of Calibration

Year

Month

Day



计量检定机构授权证书号: (鲁)法计(2018)37013号

电话: 0635-8519906

地址: 山东省聊城市经济开发区黄河路101号

传真: 0635-8519919

邮编: 252000

网址: www.lcjls.cn



19000006128

第 1 页

共 3 页

证书编号: 19000006128

Certificate No.

1. 本证书所出具的数据可溯源到国家计量基准

All data issued by this Certificate are traceable to national standards of Measurement

2. 校准所依据的技术文件:

Based on the type of documents

JJG205-2005 机械式温湿度计检定规程

3. 校准所使用的主要计量标准器具:

Standards of Measurement used in the calibration

名称及编号 Name and No.	测量范围 Measuring range	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/accuracy/ Maximum Permissible Error	检定/校准单位 及证书号 Verification or calibration Organization/Certificate No.	有效期至 Valid until
电动通风干湿表 2009007	(5~50)℃: (30~90)%RH	温度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$; 湿度: $\pm 1.0\%\text{RH}$	山东省计量科学研究院 T20-20180009	2019-01-04

4. 校准地点: 计量所三楼热电实验室

Location for calibration

5. 环境条件:

Environmental condition

温度: 22.5℃

Temperature

大气压:

Atmospheric Pressure

相对湿度:

Relative humidity

41 %

注: 本证书封面未加盖校准专用章无效

Note: This certificate is invalid if not sealed on head page.



19000006128

校 准 结 果

Results of Calibration

校准项目		校准结果		
外观		符合 规程的 6 条款		
温度 /°C	标准器实际值	15.02	20.02	30.03
	被校仪器读数平均值	15.7	21.3	28.5
	示值误差	0.7	1.3	-1.5
	温度示值误差的扩展不确定度 ($k = 2$)	$U = 0.5 \text{ } ^\circ\text{C}$	$U = 0.5 \text{ } ^\circ\text{C}$	$U = 0.5 \text{ } ^\circ\text{C}$
湿度 /%RH (20°C 时)	标准器实际值	40.3	60.2	80.3
	被校仪器读数平均值	41.3	58.6	79.1
	示值误差	1.0	-1.6	-1.2
	湿度示值误差的扩展不确定度 ($k = 2$)	$U = 2.0 \text{ } \%\text{RH}$	$U = 2.0 \text{ } \%\text{RH}$	$U = 2.0 \text{ } \%\text{RH}$

以下空白
Blank



聊城市计量测试所

检定证书

证书编号： 19000006129 号

送检单位： 极景门窗有限公司

器具名称： 塞尺

型号 / 规格： (0.02~1.00) mm

出厂编号： 012601

制造单位： 沧州市长城量具有限责任公司

检定依据： JJG62-2017 塞尺检定规程

检定结论： 合格

(检定专用章)

批准人： 石志勇

核验员： 石志勇

检定员： 和翠

检定日期： 2019 年 01 月 03 日

有效期至： 2019 年 07 月 02 日



计量检定机构授权证书号：(鲁)法计(2018)37013号

地址：山东省聊城市经济开发区黄河路101号

邮编：252000

电话：0635-8519906

传真：0635-8519919

网址：www.lcjls.cn



19000006129

证书编号: 19000006129

1. 计量标准考核证书号: [2002]聊量标法证字第002号

2. 社会公用计量标准证书号: [2002]聊量标公证字第002号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
量块 51757	(0.5-100)mm	4等	聊城市计量测试所 LCJLCF-L-20180037	2020-01-01

4. 检定地点: 二楼长度实验室

5. 环境条件:

温 度: 17.7 °C

相对湿度: 34 %

大气压: /

注: 我所仅对加盖"聊城市计量测试所检定专用章"的完整证书负责



证书编号: 19000006129

检 定 结 果

序号	被检项目	检定结果
1	外观	合格
2	相互作用	合格
3	工作面的表面粗糙度	/
4	厚度偏差 (μm)	+1.1
5	弯曲度	合格

以下空白



聊城市计量测试所

检定证书

证书编号： 19000006130 号

送检单位： 极景门窗有限公司

器具名称： 钢卷尺

型号 / 规格： 5m

出厂编号： /

制造单位： TAJIMA

检定依据： JJG4-2015 钢卷尺检定规程

检定结论： II级合格

(检定专用章)

批准人： 石磊

核验员： 石磊

检定员： 徐子刚

检定日期： 2019 年 01 月 07 日

有效期至： 2019 年 07 月 06 日



计量检定机构授权证书号：(鲁)法计(2018)37013号

地址：山东省聊城市经济开发区黄河路101号

邮编：252000

电话：0635-8519906

传真：0635-8519919

网址：www.lcjls.cn



19000006130

证书编号: 19000006130

1. 计量标准考核证书号: [2009]鲁量标聊证字第041号

2. 社会公用计量标准证书号: [2009]聊量标公证字第001号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
标准钢卷尺 0301103	(0~5) m	MPE: $\pm (0.03+0.03L)$ mm	中国计量科学研究院 CDjx2018-0089	2019-01-08

4. 检定地点: 一楼恒温实验室

5. 环境条件:

温 度: 20.1 °C

相对湿度: 28 %

大气压: /

注: 我所仅对加盖"聊城市计量测试所检定专用章"的完整证书负责



证书编号: 19000006130

检 定 结 果

标称值 m	1	2	3	4	5
至零偏差 mm	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5	+0.6

以下空白



聊城市计量测试所

检定证书

证书编号： 19000006131 号

送检单位： 极景门窗有限公司

器具名称： 游标卡尺

型号 / 规格： (0-150) mm

出厂编号： 2308032795

制造单位： 成都成量工具集团有限公司

检定依据： JJG30-2012 通用卡尺检定规程

检定结论： 合格

(检定专用章)

批准人： 石志勇

核验员： 石志勇

检定员： 木翠

检定日期： 2019 年 01 月 03 日

有效期至： 2020 年 01 月 02 日



计量检定机构授权证书号：(鲁)法计(2018)37013号


地址：山东省聊城市经济开发区黄河路101号

邮编：252000

电话：0635-8519906

传真：0635-8519919

网址：www.lcjls.cn



19000006131

证书编号: 19000006131

1. 计量标准考核证书号: [2017]鲁量标聊证字第210号

2. 社会公用计量标准证书号: [1998]聊量标公证字第10051号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
量块 921116	(10-291.8)mm	5等	聊城市计量测试所 LCJLCF-L-20180042	2020-01-01
量块 840314	(10-121.9)mm	5等	聊城市计量测试所 LCJLCF-L-20180034	2020-01-01
量块 75-120	(125-500)mm	5等	聊城市计量测试所 LCJLCF-L-20180033	2020-01-02

4. 检定地点: 二楼长度实验室

5. 环境条件:

温 度: 18.2 ℃

相对湿度: 35 %

大气压: /

注: 我所仅对加盖"聊城市计量测试所检定专用章"的完整证书负责



证书编号: 190000006131

检 定 结 果

外观及各部分相互作用			合格	
零值误差 (mm)	零	-0.002	尾	-0.001
示值误差 (mm)				
41.2	81.5		121.8	
0	-0.02		-0.02	
圆弧内测量爪尺寸 (mm)			/	

以下空白



聊城市计量测试所

检定证书

证书编号： 19000006132 号

送检单位： 极景门窗有限公司

器具名称： 电子天平

型号 / 规格： ML204/02

出厂编号： B214833664

制造单位： 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司

检定依据： JJG1036-2008 电子天平检定规程

检定结论： Ⅰ级合格

(检定专用章)

批准人： 王守岭

核验员： 王守岭

检定员： 张兰菊

检定日期： 2019 年 01 月 18 日

有效期至： 2020 年 01 月 17 日



计量检定机构授权证书号：(鲁)法计(2018)37013号

地址：山东省聊城市经济开发区黄河路101号

邮编：252000

电话：0635-8519906

传真：0635-8519919

网址：www.lcjls.cn



19000006132

证书编号: 19000006132

1. 计量标准考核证书号: [2004]鲁量标聊证字第032号

2. 社会公用计量标准证书号: [2004]聊量标公证字第008号

3. 检定所使用的主要计量标准器具:

名称及编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	检定/校准单位 及证书号	有效期至
砝码 256	1kg	E ₂	山东省计量科学研究院 F03-20181381	2020-11-01
砝码 256	1mg~200g	E ₂	山东省计量科学研究院 F03-20181382	2019-10-30
砝码 256	500g	F ₁	山东省计量科学研究院 F03-20181639	2019-12-16

4. 检定地点: 聊城计量所一楼天平实验室

5. 环境条件:

温 度: 21.4 ℃

相对湿度: 40 %

大气压: /

注: 我所仅对加盖"聊城市计量测试所检定专用章"的完整证书负责



证书编号: 19000006132

检 定 结 果

$d = 0.1\text{mg}$		$e = 1\text{mg}$	$Max = 220\text{g}$
检定项目		检定结果	最大允许误差
天平偏载误差		0.4mg	$\pm 1.0e$
天平重复性		0.3mg	1.0e
天平示 值误差	$0 \leq m \leq 50\text{g}$	0.2mg	$\pm 0.5e$
	$50\text{g} < m \leq 200\text{g}$	0.3mg	$\pm 1.0e$
	$200\text{g} < m \leq 220\text{g}$	0.1mg	$\pm 1.5e$

以下空白

秦皇岛市计量测试研究所

Qinhuangdao Measurement and Testing Institute



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: Q2017000709

Certificate No.

客户名称

极景门窗有限公司

Client

客户地址

山东省聊城市阳谷县

Address

器具名称

数字温度计

Description

型号/规格

JM222U

Model/Type

出厂编号

AC1609500

Serial No.

制造单位

天津今明仪器有限公司

Manufacturer

批准人

朱希明

Approver

核验员

朱希明

Inspector

校准员

刁淑萍

Calibrated by



校准日期

2017 年 1 月 10 日

Issued date

Y

M

D

地址(Add): 秦皇岛市河北大街西段90号

邮编(Post code): 066000

电话(Tel): 0335-8550965 8550955

传真(Fax): 0335-8550955

电子邮件(Email): qhdjls@163.com



★ I 4 7 2 0 0 0 0 1 8 6 2 ★

秦皇岛市计量测试研究所

QINHUANGDAO MEASUREMENT AND TESTING INSTITUTE

证书编号: Q2017000709

计量检定机构授权证书号: (冀)法计(2013)F010号

The accreditation certificate No.

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可证书号: CNAS L3568

CNAS Certificate No.

校准所依据的技术文件(代号、名称): JJG 874-2007《温度指示控制仪》

Reference documents for calibration

校准环境条件及地点:

Location and ambient condition for calibration

温度: 20.0 °C

Temperature

相对湿度: 50 %

RH

地点: 恒温实验室415

Location

其它:

else

校准所使用的主要计量标准:

Main standards used for calibration

名 称	型号/规格	不确定度或准确度或 最大允许误差	证书编号	证书有效期
Description	Model/Type	Uncertainty/Accuracy /MPE	Certificate No.	YYYY-MM-DD
制冷恒温槽	RTS-60AT	$U=0.007^{\circ}\text{C } k=2$	Q2017000022	2018-1-2
便携式多功能校准仪	CA100	$k=2; \Omega: U_r=0.012\%$	Q2017000013	2018-1-3
标准水银温度计	棒式	$\text{MPE}:\pm(0.15\sim 0.25)^{\circ}\text{C}$	WSZW16-0364~0371	2018-11-13

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

校准点 $^{\circ}\text{C}$	标准值 $^{\circ}\text{C}$	被校显示值 $^{\circ}\text{C}$
0	0.00	0.0
-40	-40.00	-39.8
-60	-60.00	-59.6
/	/	/

以下空白

本次校准结果不确定度的描述:

$U = 0.16^{\circ}\text{C} \quad k = 2$

本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

注: 1、我所仅对加盖“秦皇岛市计量测试研究所校准专用章”的完整证书负责。

2、在使用过程中,如对被校准仪器的技术要求指标产生怀疑或修理后,请重新校准。

3、此校准结果仅对受校准的仪器及受校准的项目有效。

4、根据客户要求和校准文件的规定,通常情况下 12 个月校准一次。

未经授权,不得部分复印本证书

第 2 页 共 2 页

秦皇岛市计量测试研究所

Qinhuangdao Measurement and Testing Institute



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: Q2017000954

Certificate No.

客户名称

极景门窗有限公司

Client

客户地址

山东省聊城市

Address

器具名称

霰弹

Description

型号/规格

45kg

Model/Type

出厂编号

18#

Serial No.

制造单位

/

Manufacturer

批准人

Approver

核验员

Inspector

校准员

Calibrated by



校准日期

Issued date

2017 年 1 月 11 日
Y M D

地址(Add): 秦皇岛市河北大街西段90号

电话(Tel): 0335-8550965 8550955

电子邮件(Email): qhdjls@163.com

邮编(Post code): 066000

传真(Fax): 0335-8550955



* I 3 6 8 0 0 0 0 0 6 2 3 *

秦皇岛市计量测试研究所

QINHUANGDAO MEASUREMENT AND TESTING INSTITUTE

证书编号: Q2017000954

计量检定机构授权证书号: (冀)法计(2013)F010号

The accreditation certificate No.

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可证书号: CNAS L3568

CNAS Certificate No.

校准所依据的技术文件(代号、名称): 客户要求

Reference documents for calibration

校准环境条件及地点:

Location and ambient condition for calibration

温度: 22 °C

Temperature

相对湿度: 40 %

RH

地点: 恒温实验室

Location

其它:

else

校准所使用的主要计量标准:

Main standards used for calibration

名 称	型号/规格	不确定度或准确度或 最大允许误差	证书编号	证书有效期
Description	Model/Type	Uncertainty/Accuracy /MPE	Certificate No.	YYYY-MM-DD
电子台秤	TCS-150	III级合格	Q2016049603	2017-12-25

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

标称值(kg)	实测值(kg)
45	45.01

以下空白

本次校准结果不确定度的描述:

$U=5g$ $k=2$

本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

注:1、我所仅对加盖“秦皇岛市计量测试研究所校准专用章”的完整证书负责。

2、在使用过程中,如对被校准仪器的技术要求指标产生怀疑或修理后,请重新校准。

3、此校准结果仅对受校准的仪器及受校准的项目有效。

4、根据客户要求和校准文件的规定,通常情况下 12 个月校准一次。

未经授权,不得部分复印本证书

第 2 页 共 2 页

秦皇岛市计量测试研究所

Qinhuangdao Measurement and Testing Institute



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: Q2017000956
Certificate No.

客户名称

极景门窗有限公司

Client

客户地址

山东省聊城市

Address

器具名称

钢球

Description

型号/规格

1040g

Model/Type

出厂编号

29#

Serial No.

制造单位

/

Manufacturer



批准人

Approver

核验员

Inspector

校准员

Calibrated by

张斌

张斌

王艳

校准日期
Issued date

2017 年 1 月 11 日
Y M D

地址(Add): 秦皇岛市河北大街西段90号

电话(Tel): 0335-8550965 8550955

电子邮件(Email): qhdjls@163.com

邮编(Post code): 066000

传真(Fax): 0335-8550955



* I 3 6 7 0 0 0 0 0 9 6 6 *

秦皇岛市计量测试研究所

QINHUANGDAO MEASUREMENT AND TESTING INSTITUTE

证书编号: Q2017000956

计量检定机构授权证书号: (冀)法计(2013)F010号

The accreditation certificate No.

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可证书号: CNAS L3568

CNAS Certificate No.

校准所依据的技术文件(代号、名称): 客户要求

Reference documents for calibration

校准环境条件及地点:

Location and ambient condition for calibration

温度: 22 °C

Temperature

相对湿度: 40 %

RH

地点: 恒温实验室

Location

其它:

else

校准所使用的主要计量标准:

Main standards used for calibration

名 称	型号/规格	不确定度或准确度或 最大允许误差	证书编号	证书有效期
Description	Model/Type	Uncertainty/Accuracy /MPE	Certificate No.	YYYY-MM-DD
电子天平	MSE6202S-CE	II级	Q2016049854	2017-12-26

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

标称值(g)	实测值(g)
1040	1048.05

以下空白

本次校准结果不确定度的描述:

$U=2.5g$ $k=2$

本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

注:1、我所仅对加盖“秦皇岛市计量测试研究所校准专用章”的完整证书负责。

2、在使用过程中,如对被校准仪器的技术要求指标产生怀疑或修理后,请重新校准。

3、此校准结果仅对受校准的仪器及受校准的项目有效。

4、根据客户要求和校准文件的规定,通常情况下 12 个月校准一次。

未经授权,不得部分复印本证书

第 2 页 共 2 页

秦皇岛市计量测试研究所

Qinhuangdao Measurement and Testing Institute



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: Q2017000958

Certificate No.

客户名称

极景门窗有限公司

Client

客户地址

山东省聊城市

Address

器具名称

钢球

Description

型号/规格

2260g

Model/Type

出厂编号

6#

Serial No.

制造单位

/

Manufacturer



批准人

Approver

核验员

Inspector

校准员

Calibrated by

张斌

张斌

王艳

校准日期
Issued date

2017 年 1 月 11 日
Y M D

地址(Add): 秦皇岛市河北大街西段90号

电话(Tel): 0335-8550965 8550955

电子邮件(Email): qhdjls@163.com

邮编(Post code): 066000

传真(Fax): 0335-8550955



* I 3 6 7 0 0 0 0 0 9 6 7 *

秦皇岛市计量测试研究所

QINHUANGDAO MEASUREMENT AND TESTING INSTITUTE

证书编号: Q2017000958

计量检定机构授权证书号: (冀)法计(2013)F010号

The accreditation certificate No.

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可证书号: CNAS L3568

CNAS Certificate No.

校准所依据的技术文件(代号、名称): 客户要求

Reference documents for calibration

校准环境条件及地点:

Location and ambient condition for calibration

温度: 22 °C

Temperature

相对湿度: 40 %

RH

地点: 恒温实验室

Location

其它:

else

校准所使用的主要计量标准:

Main standards used for calibration

名 称	型号/规格	不确定度或准确度或 最大允许误差	证书编号	证书有效期
Description	Model/Type	Uncertainty/Accuracy /MPE	Certificate No.	YYYY-MM-DD
电子天平	MSE6202S-CE	II级	Q2016049854	2017-12-26

校 准 结 果

RESULTS OF CALIBRATION

标称值(g)	实测值(g)
2260	2262.78

以下空白

本次校准结果不确定度的描述:

$U=2.5g$ $k=2$

本证书出具的数据通过国家计量检定系统,可溯源至国家计量基准。

注:1、我所仅对加盖“秦皇岛市计量测试研究所校准专用章”的完整证书负责。

2、在使用过程中,如对被校准仪器的技术要求指标产生怀疑或修理后,请重新校准。

3、此校准结果仅对受校准的仪器及受校准的项目有效。

4、根据客户要求和校准文件的规定,通常情况下 12 个月校准一次。

未经授权,不得部分复印本证书

第 2 页 共 2 页



中测国信（北京）计量检测技术有限公司
Zhong Ce Guo Xin(BeiJing) Metrology-Testing Technologies Co.Ltd

校准证书

Calibration Certificate

证书编号
Certificate No.

RG-WDJ-1901-0012B-ZXD

第 1 页 共 3 页
Page of



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L9037

委托单位
Client

极景门窗有限公司

物品名称
Name of Item

数字温度计

规格/型号
Model/Specification

JM222U

物品编号
Serial No.

AC1609500

制造单位
Manufacturer

天津今明仪器有限公司

委托单位地址
Client's Address

山东聊城市阳谷县华信路297号

校准员
Calibrated by

朱咏

核验员
Inspected by

刘世在

批准人
Approved by

发证机构（专用章）
Issued by (Stamp)

校准专用章

接收日期
Receipt Date

2019年01月05日
Y M D

校准日期
Calibration Date

2019年01月05日
Y M D

本证书结果仅对所校准物品有效，未经本实验室批准，本证书不得部分复印。

地址：北京市经济技术开发区科创十四街99号33幢C座901室

电话：86-10-51077845

传真：86-10-51077845

网址：www.zhongceguoxin.com

邮箱：zhongceguoxin@126.com

中测国信(北京)计量检测技术有限公司

中测国信（北京）计量检测技术有限公司
Zhong Ce Guo Xin(BeiJing) Metrology-Testing Technologies Co.Ltd

校准证书

Calibration Certificate

证书编号
Certificate No.

RG-WDJ-1901-0012B-ZXD

第 2 页
Page

共 3 页
of

本实验室的质量管理体系符合ISO/IEC17025的标准要求，是经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室。
This body is a CNAS accredited laboratory with a qualified quality management system in compliance with ISO/IEC 17025 standard.

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可证书号 CNAS Accreditation Certificate No.	CNAS L9037		
校准依据的技术文件 Reference Documents for the Calibration	JJG (浙) 76-2004《数字温度计检定规程》		
测量溯源性的说明: The statement of Measurement traceability	本实验室出具的校准数据均可溯源到国家计量基准。		
环境条件 Environmental conditions	温度 (°C) Temperature (°C)	湿度 (%RH) Moisture(%RH)	其他 Others
校准地点 Calibration Location	中测国信（北京）计量检测技术有限公司热工实验室。		

本次校准所使用的主要计量器具

Measuring Instruments Used in the Calibration

名称 / 型号 Description / Model	编 号 Serial No.	证书编号 Certificate No.	证书有效期 Due Date
标准水银温度计标准装置	2-6/1-870/13/4-52/5-35/3-177-29/6-25	RA17J-AB010086/84/85/88/89/87/91/90/	2019-05-02
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

本页以下空白 (END)

注:○ 本证书未加盖校准专用章无效。

The certificate is not valid without a stamp special for calibration.

○ 被校物品修理后，应立即重新校准。

Recalibrate the item as soon as it is repaired.

○ 在使用过程中，如对被校物品的技术指标产生怀疑，请重新校准。

Recalibrate the item if there are any doubts about the performance.

